



№ 27/2-10/8  
2009 yil «23» 06

Директору  
ООО «АМИКО Комплект»  
В.Д. Юркову

## ОТЗЫВ

о работе системы «САДКО» производства ООО «АМИКО Комплект».

Полиметрическая измерительная система «САДКО» эксплуатируется на заводе с 2006 года. Для измерения уровня нефти и светлых нефтепродуктов в 18 емкостях. Система обеспечивает уровни подтоварной воды и температуры в 6 точках по высоте резервуара.

Измерения уровня, раздела сред и температуры обеспечивает одним полиметрическим датчиком.

Метрологические характеристики следующие:

- 1) Высота измерения уровня до 16 м;
- 2) Погрешность измерения уровня  $\pm 3$  мм;
- 3) Измерения подтоварной воды 0-1 м;
- 4) Погрешность измерения подтоварной воды  $\pm 10$  мм;
- 5) Погрешность измерения температуры  $\pm 0,3^{\circ}$ .

За 3 года эксплуатации выхода системы из строя не было.

Система отображения информации удовлетворяет требованиям Заказчика. За время эксплуатации система подтвердила заявленные параметры точности, надежности и удобства эксплуатации.

Директор  
Ферганского НПЗ

Аманов Н.Г.